

石油蜡含油量测定器



型号	大连智能 DZY-046 石油蜡含油量测定器
仪器指标	适用于测定冻凝点在 30°C 以上，含油量不大于 15% 的石油蜡含油量 化蜡水浴温度： 室温~90°C±5°C 冷浴温度： -35°C±1°C 蒸发温度： 35°C±1°C 空气吹气流量： 2 ~ 3L/min 定时范围： 0 ~ 60min
分析能力	石油蜡含油量的测定
相关标准	GB/T 3554-2008 石油蜡含油量测定法
仪器特色	石油蜡含油量测定仪主要技术特点 1) -35°C 冷浴为独立设计的制冷装置，共有 4 个冷槽，可分别对

- | |
|---|
| <p>2 个试样进行试验;</p> <p>2) 化蜡水浴、35°C的蒸发器设计成一个整体, 下半部分为室温~95°C的化蜡水浴, 水浴的温度可控, 可调; 上半部分为空气浴蒸发装置, 控制温度为 35°C;</p> <p>3) 冷浴和水浴蒸发器的温度调节与控制均采用数显温控仪, 温度调节与控制准确;</p> <p>4) 蒸发装置中进入试样内的吹气量由玻璃转子流量计检测, 能按试验的具体要求准确控制吹气量, 吹气时间可根据试验的时间要求由定时器在 60min 内随意设定;</p> <p>5) 仪器整体设计为台式结构, 设计新颖, 结构合理, 使用方便</p> |
|---|



中科合成油